



**Шпатель медицинский деревянный шлифованный
стерильный
по ТУ 9398 - 008 - 56334457- 2010**

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08869 от 15 сентября 2010 года

Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный, предназначен для проведения внешнего осмотра корня языка и зева больного.

Область применения шпателя - в терапевтической практике, в педиатрии, при осмотре инфекционных больных, в отоларингологии, при проведении массовых медицинских профилактических осмотров в лечебных и профилактических учреждениях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:

Шпатели должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение		
Длина, мм	150,0±1,0	150.0±1,0	140,0±1,0
Ширина, мм	16,0±0,5	18,0±0,5	18,0±0,5
Толщина, мм	1,6±0,01	1,8±0,01	1,8±0,01
Масса, г	Не более 3,0		

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Шпатель должен быть изготовлен из шпона лиственных пород по ГОСТ 99.

Поверхность шпателя должна быть отшлифована и отполирована. На поверхности шпателя не должно быть трещин, царапин, заусенцев, пористости, выкрошенных мест, расслоений, и загрязнений.

Шпатели должны быть упруги и устойчивы к излому.

Первичная потребительская упаковка шпателя должна быть герметичной.

Шпатели должны быть стерильными. Радиационный способ стерилизации.

Шпатели в транспортной упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по условиям хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

Средний срок годности Шпателей должен быть не менее 6 лет с даты их стерилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки должно входить:

- Шпатель в индивидуальной упаковке с маркировкой - 1 уп.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Шпатели транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии ГОСТ 17768-90 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Вид отправки - почтовой пересылкой, автомашиной, ж/д транспортом (ГОСТ 18477, ГОСТ 20435)

Условия транспортирования по условиям хранения 1 группы по ГОСТ 15150-69.
Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Шпателей при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок годности Шпателей должен быть не менее 5 лет со дня стерилизации.