

Бахилы медицинские одноразовые из нетканого материала – арт. НМ-15/1р-Б-Р48.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6348
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-001-33186646-2017
Нестерильно

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестное заражение между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Бахилы медицинские одноразовые признаны и произведены в соответствии с ТУ 32.50.50-001-33186646-2017 из нетканого материала (100% полипропилен) марки СМС с резинкой, закреплённой сварным швом. Масса одной пары бахил $2,5 \pm 0,5$ гр. Цвет – белый.

Основные характеристики нетканого материала должны соответствовать данным табл. 1.


Таблица 1.

| Наименование изделия | Поверхностная плотность, г/м ² | Разрывная нагрузка в сухом состоянии, кгс, не менее | |
|----------------------|---|---|--------------------------|
| | | в продольном направлении | в поперечном направлении |
| Нетканый материал | 15 ± 3 | 2,5 | 1,5 |

Линейные размеры Бахил должны соответствовать показателям, указанным в табл. 2.

Таблица 2.

| Обозначение | Значение, мм | Отклонение, мм |
|------------------------------|--------------|----------------|
| В-ширина развертки | 210 | ± 20 |
| Н-высота бахил | 105 | ± 10 |
| Л-длина бахил | 370 | ± 10 |
| К- длина верхней части бахил | 160 | ± 20 |





РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440
196105, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. м.о. Московская застава,
ул. Благодатная, д. 47, помещ. 31-Н,
офис 1

Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требует.

Использованные изделия складироваться как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

При групповой упаковке:

- Бахилы – по 2 пары, по 3 пары, по 4 пары, по 5 пар, по 10 пар, по 25 пар, по 50 пар и от 100 пар до 3000 пар с шагом 50 пар.
- Инструкция по применению - 1 шт. на упаковку.

При индивидуальной упаковке в полиэтиленовые пакеты, в капсулы:

- Бахилы - 1 пара.
- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.
- Ярлык - 1 шт. на коробку.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Срок хранения бахил – не менее 5 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат

**Специалист по качеству
и сертификации**



Скородумова Н.С.